

貳、檢體種類和容器:本實驗室不執行採檢工作，採檢動作由臨床病理科依本院 ISO 文件「病人辨識作業程序」(P18300-01-004)、「原始檢體收集手冊」(P13020-16-002) 代執行之。

一、容器顏色分類：

不同顏色的試管中含不同的抗凝劑，不正確的試管，會影響檢驗的結果。

1. 橘頭：真空，含有協助分離血清的凝膠。
2. 綠色：真空，含有 Heparin
3. 紫色：真空，含有  $K_3$ -EDTA

二、檢體運送及特殊要求：

1. 需以冰袋保存  $4^{\circ}\text{C}$  以下運送者，如未用冰浴保存則以退件處理。
2. 需以冰袋保存  $4^{\circ}\text{C}$  以下運送者項目如下：ACTH、Renin、iPTH 。
3. 運送時應將檢體放置於檢體專用傳送盒內運送。
4. 運送途中應確保試管蓋子無脫落之虞。

三、重複檢驗條件

1. 疑義檢體(如：與前次報告不符)
2. 報告值超過重大異常值通報標準 (如： $\text{TSH} > 30 \mu \text{IU/ml}$ 、 $\text{FT4} > 6 \text{ ng/dl}$ 、 $\text{TG} > 500 \text{ ng/ml}$ )
3. 與常理不合之報告值 (如： $\text{TSH}$  值應與  $\text{T3}$ 、 $\text{T4}$ 、 $\text{FT4}$  值呈拮抗作用)
4. 重複檢驗後報告，應在備註加上「rechecked」字樣